

## PYTANIA I WYJAŚNIENIA

do zapytania ofertowego nr CBR22/2019 z dnia 20.01.2020

W związku z wpływieniem w dniu 28.01.2020 r. pytania przesłanego drogą elektroniczną, Zamawiający wyjaśnia co poniżej:

### **Pytanie 1:**

*Proszę o informację czy Dopuszczacie Państwo szafę na chemikalia z półko kuwetami wykonanymi z metalu lub rozwiązanie półki metalowe z kuwetami wykonanymi z pp ustawionymi na półkach, proszę o podanie ilości czy to ma być 7 półkokuwet czy cztery półki na których będą 3 kuwety z pp.*

### **Odpowiedź 1:**

*Dopuszczamy półko kuwety wykonane z metalu lub półki metalowe na których będą stały kuwety wykonane z pp. Zgodnie z punktem 3.1.2 „Szafa wyposażona w cztery półki stalowe, dodatkowo 3 szt. wyjmowanych półko- kuwet wykonanych z chemoodpornego polipropylenu (o wym. ok. 360x540mm) z obrzeżem podniesionym dookoła.” Podsumowując wymagane są cztery półki metalowe oraz dodatkowo 3 półko kuwety lub 3 półki metalowe na których będą stały kuwety.*

Powyższe odpowiedzi nie wpływają na zmianę terminu składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr CBR22/2019 z dnia 20.01.2020 r. ze względu na brak istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.